

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. Żurawia 14
15-540 Białystok
tel.: 85 740 94 01
www.usk.bialystok.pl

ZP/SZ/17/201

Białystok, dnia 20.11.2017 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do hemodializ
Nr sprawy: 29/SZ/2017

1. Pakiet 1, poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

ODP. Zamawiający wyraża zgodę, wykreśla pozycję 3 z pakietu nr 1 i dodaje pakiet 1A –

PAKIET NR 1 A

Lp.	Asortyment	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto	Nazwa, producent i nr katalogowy
1.	Opatrunek ze spongostanem stosowany w dializoterapii o rozmiarze XL	14 000					
Razem:							

Łączna wartość netto pakietu nr 1 A wynosi:..... zł, słownie

złotych:.....

Łączna wartość brutto pakietu nr 1 A wynosi:..... zł, słownie

złotych:.....

2. Pakiet 1, poz. 3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie plastra uciskowego ze spongostanem o wymiarach: 38 x 72 mm, wymiary spongostanu: 18x 20 mm.

ODP. Zamawiający wyraża zgodę


3. Pakiet 1, poz. 3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie plastra uciskowego ze spongostanem w rozmiarze 38 x 92 mm, wymiary spongostanu: 18x 25 mm.

ODP. Zamawiający wyraża zgodę

4. Pakiet 1 pozycja 3

a. Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunki hemostatyczne **Woundclot™** o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonane z nieoksydowanej celulozy, wzmocnionej na poziomie molekularnym,



Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. Żurawia 14
15-540 Białystok
tel.: 85 740 94 01
www.usk.bialystok.pl

przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

ODP. *Należy zaoferować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ.*

b. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODP. *Zamawiający wyraża zgodę.*

c. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu?

ODP. *Zamawiający wyraża zgodę, wykreśla pozycję 3 z pakietu nr 1 i dodaje pakiet 1A (patrz wyżej odp. na pyt. 1).*

5. Pytania dot. treści umowy

1. Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?


Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenia uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed wypowiedzeniem umowy na podstawie § 6 ust. 4 pkt 1)-5) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne wypowiedzenia umowy, celowe jest aby przed wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć wypowiedzenia umowy, a tym samym uniknąć skutków wypowiedzenia umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. A. i B. wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14;



Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. Żurawia 14
15-540 Białystok
tel.: 85 740 94 01
www.usk.bialystok.pl


KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353¹ k.c.”

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. A. wzoru umowy wyrażenie „0,2% Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „0,2% wartości brutto Towarów niedostarczonych w terminie”? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. B. wzoru umowy wyrażenie „0,2% Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „0,2% wartości brutto Towarów brakujących lub wadliwych”? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy został wykreślony ust. 2?

Uzasadnione jest aby kara umowna za przekroczeniu terminu dostawy lub terminu usunięcia wad była naliczana od wartości towaru niedostarczonego w terminie / wadliwego, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna będzie niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru niedostarczonego w terminie / wadliwego, a nawet może przewyższyć te wartości. Taka kara będzie rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszy zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warto zacytować wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11: „Izba podzieliła stanowisko Odwołującego, że kara umowa to surogat odszkodowania i zasadniczo powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody. Tymczasem zastosowany przez Zamawiającego mechanizm naliczania kar umownych od całej wartości umowy mógłby znaleźć zastosowanie także w przypadku zwłoki w dostawie urządzeń o małej wartości, które również wchodziły w skład przedmiotu zamówienia. Takie ukształtowanie stosunku prawnego w ocenie Izby stanowi nadużycie przyznanego Zamawiającemu prawa podmiotowego. Za uzasadnione należy uznać żądanie Odwołującego, aby kary umowne za zwłokę w dostawie poszczególnych urządzeń obliczane były w stosunku procentowym nie do wartości całego zamówienia, lecz w stosunku do tego elementu zamówienia, z dostawą którego wykonawca popadł w zwłokę.”

5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. C. i D. wzoru umowy wyrażenie „10% Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej Wartości Umowy brutto”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za wypowiedzenie/odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w szczególności w przypadku wypowiedzenia/odstąpienia od umowy po zrealizowaniu znaczącej części umowy, kara umowna będzie niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet może przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara będzie rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszy zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.



Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. Żurawia 14
15-540 Białystok
tel.: 85 740 94 01
www.usk.bialystok.pl

6. Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 1 ust. 5 oraz § 8 ust. 1 pkt 5) i 6) umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12, w wyroku z dnia 19 grudnia 2016 r. KIO 2280/16 oraz w wielu innych orzeczeniach.

ODP. Pytanie od 5.1 do 5.6. – Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące wzoru umowy.


6. Dotyczy pakietu nr 2.

Ze względu na brak możliwości przystąpienia do pakietu nr 2, t.j. do Linii uniwersalnych do hemodializy, uprzejmie prosimy o wydzielenie z pakietu nr 2: Linii do aparatów Fresenius 4008S, gdyż umożliwi nam to przystąpienie do w.w. linii składając ofertę z oryginalnych, bezawaryjnych i bardzo konkurencyjnych cenowo linii?

ODP. Zamawiający wyraża zgodę, tworząc pakiet 2 oraz 2 A –

PAKIET NR 2

Lp.	Asortyment	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto	Nazwa, producent i nr katalogowy
1.	Linie do hemodializy do posiadanych aparatów do hd Fresenius 4008S w kompletach Jezioro o średnicy 22 mm na linii żyłnej Jezioro o średnicy 26 mm na linii tętniczej Zaciski plastikowe na początku obu linii (tętniczej i żyłnej) Zaciski plastikowe na wszystkich drenach krótkich przy obu liniach (oprócz drenów do czujnika tętniczego i żylnego) Ostrze do nakłucia butelki Worek na odpływ z zaciskiem Sterylizowane para wodną lub promieniami gamma Końcówki linii zabezpieczone zatyczkami lub workiem odpływowym	29 000					
Razem:							



**Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Białymstoku**

ul. Żurawia 14
15-540 Białystok
tel.: 85 740 94 01
www.usk.bialystok.pl

Łączna wartość netto pakietu nr 2 wynosi:..... zł, słownie
złotych:.....

Łączna wartość brutto pakietu nr 2 wynosi:..... zł, słownie
złotych:.....

PAKIET NR 2 A

Lp.	Asortyment	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto	Nazwa, producent i nr katalogowy
2.	Linie do hemodializy do posiadanych aparatów do hd i aparatów Gambro AK – 96 w kompletach Jeziorko o średnicy 22 mm na linii żyłnej Jeziorko o średnicy 26 mm na linii tętniczej Zaciski plastikowe na początku obu linii (tętniczej i żyłnej) Zaciski plastikowe na wszystkich drenach krótkich przy obu liniach (oprócz drenów do czujnika tętniczego i żylnego) Ostrze do nakłucia butelki Worek na odpływ z zaciskiem Sterylizowane para wodną lub promieniami gamma Końcówki linii zabezpieczone zatyczkami lub workiem odpływowym	29 000					
Razem:							


Łączna wartość netto pakietu nr 2 A wynosi:..... zł, słownie
złotych:.....

Łączna wartość brutto pakietu nr 2 A wynosi:..... zł, słownie
złotych:.....

7. Dotyczy pakietu nr 7.

Czy Zamawiający wymaga, żeby opisane przez Zamawiającego dializatory w pakiecie nr7 miały objętość wypełnienia nie więcej niż 74ml (czyli tyle ile mają dializatory o powierzchni 1,4m obecnie używane w Państwa stacji dializ), co znacznie zmniejsza ryzyko wykrzepiania w dializatorze, zmniejsza ryzyko spadków ciśnienia krwi pacjenta podczas dializy, zmniejsza stratę krwi pacjenta, a to zmniejsza zapotrzebowanie pacjenta na leki krwiotwórcze ?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. Żurawia 14
15-540 Białystok
tel.: 85 740 94 01
www.usk.bialystok.pl

8. Dotyczy pakietu nr 7.

Czy Zamawiający wymaga, żeby opisane przez Zamawiającego dializatory w pakiecie nr7 miały klirens fosforanów minimum 194ml mierzony przy przepływie krwi $Q_b=300\text{ml/min}$, co zwiększa efektywność dializy i skraca czas dializy ?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Dotyczy pakietu nr 8.

Czy Zamawiający wymaga, żeby opisane przez Zamawiającego dializatory w pakiecie nr8 miały objętość wypełnienia nie więcej niż 95ml co znacznie zmniejsza ryzyko wykrzepiania w dializatorze, zmniejsza ryzyko spadków ciśnienia krwi pacjenta podczas dializy, zmniejsza stratę krwi pacjenta, a to zmniejsza zapotrzebowanie pacjenta na leki krwiotwórcze ?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

10. Dotyczy pakietu nr 8.

Czy Zamawiający wymaga, żeby opisane przez Zamawiającego dializatory w pakiecie nr8 miały klirens fosforanów minimum 210ml mierzony przy przepływie krwi $Q_b=300\text{ml/min}$, co zwiększa efektywność dializy i skraca czas dializy ?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. Dotyczy pakietu nr 17.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 17 linie krwi do hemodializy obecnie używane w II Klinice Nefrologii na ul. Skłodowskiej24a ?

ODP. Tak.

12. Pakiet 14, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepca z włókniny samoprzylepnego o wymiarach 2,5cm x 15cm?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

13. Pakiet 15, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepca z włókniny samoprzylepnego o wymiarach 2,5cm x 15cm?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

14. Pakiet 15, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku z wkładem chłonnym 5 cm x 7,2cm?

ODP. Tak.

Zamawiający, w związku ze zmianą SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu na podstawie art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 r. poz.2164 ze zm.) informuje, że nastąpi zmiana terminu składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu na:

- **08.12.2017 r. do godz. 10.00** - składanie ofert
- **08.12. 2017 r. godz. 11.00** – otwarcie ofert

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Białymstoku

Marek Karp