

ZP/XI/17/829

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu – Program Leczenia Niepłodności, nr sprawy 50/2017.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, informuje o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu – Program Leczenia Niepłodności, nr sprawy 50/2017:

1. Informacja o odrzuconych ofertach z postępowania:

Odrzucenie w Pakiecie nr: 5 oferty Wykonawcy TK Biotech Sp. z o.o. Sp. K. ul. Królewicza Jakuba 40A, 02-956 Warszawa

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: W zakresie Pakietu nr 5 Załącznik 1.5, arkusz parametrów granicznych, pkt. 6, Zamawiający wymagał: „Moduł do pomiaru próbek z mikroobjętości w płytce kwarcowej – co najmniej 48 jednoczesnych pomiarów ilościowych i jakościowych stężenia DNA, RNA i białek z ilości co najwyżej 2 µl , przy limicie detekcji od 2 ng/ µl. Możliwość również pomiarów fluorescencyjnych. Moduł dostarczony razem z urządzeniem”. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, w parametrach oferowanych wpisał „tak”. Dokument, złożony na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp), wskazuje możliwość rozbudowy o moduł do pomiaru próbek z mikroobjętości w płytce kwarcowej. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie, czy wymagany moduł określony ww. punkcie będzie dostarczony wraz z urządzeniem. W odpowiedzi z dnia 16.11.2017 r. Wykonawca nie udzielił wyjaśnień dotyczących powyższych wątpliwości. W związku z tym, że Wykonawca nie potwierdził, że zaoferował urządzenia z wymaganym modułem wymienionego w pkt. 6 Załącznika 1.5, arkusza parametrów granicznych, Zamawiający odrzuca ofertę z uwagi na fakt, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Informacja o Wykonawcach wykluczonych z postępowania:

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. Informacja o unieważnionych pakietach:

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Pakiecie nr: 5 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Białymstoku

Marek Karp